

# 点検・保守管理チェックシート

機器名称: 20° アタッチメント

カタログNo.: 00-1375-032-00、00-1375-033-00、11-1375-033-00  
L3-A235-S00-00、L3-A245-S00-00

シリアルNo.: \_\_\_\_\_

点検担当者: \_\_\_\_\_

点検実施日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

No.	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	アタッチメントに破損、変形、汚れはありませんか	
2	外観	アタッチメント各部に緩みはありませんか	
***** 模擬バーを取り付けて機能確認 *****			
3	作動	アタッチメントはハンドピースにスムーズに着脱できますか	
4	作動	バーをスムーズに着脱できますか	
5	作動	空回しさせて異音・発熱はありませんか	
備考			

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。

**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター  
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番地15号  
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825