点検・保守管理チェックシート

機器名称：ATS－2000タニケット
カタログ№：60－2000－101－00

シリアル№：

点検担当者：

点検実施日：　　年　　月　　日

合格の場合「判定」欄に✓を記入

	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	コンソール全体に破損、著しい変形や汚れはありませんか	
2	外観	フロントパネルの表示部、スイッチ、ツマミの破損・変形・汚れはありませんか	
3	外観	電源コード差込部に破損や変形、緩みはありませんか	
4	外観	カフ接続ホース、カフに付いている黒色オーリングに劣化・破損はありませんか	
5	外観	カフマジックテープ部に綿ホコリ付着、劣化ありませんか	
********** 電源コードを接続する **********			
6	表示	電源コードを接続した時ACインジケーターランプが緑色に点灯しますか	
7	表示	電源スイッチをONしセルフテスト後デジタル表示部にゼロが表示されていますか	
8	表示	プレッシャー設定　プラス、マイナススイッチが作動しますか	
9	表示	時間設定　プラス、マイナススイッチが作動しますか	
10	作動	本体にホース、カフを接続し送気させたときスムーズに送気及び脱気が出来ること。	

備考

※バッテリー充電のため、保管時にも常に電源コードをコンセントにつなぐことをお薦めします
※内部バッテリーは12ヶ月毎の定期交換をお薦めします

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先：ジンマー バイオメット合同会社　メンテナンスセンター
〒254-0076　神奈川県平塚市新町6番15号
TEL：0463-30-4805、FAX：0463-30-4825