点検・保守管理チェックシート

機器名称：Delfi PTSii(ﾃﾞﾙﾌｧｲ　ﾋﾟｰﾃｨｰｴｽﾂｰ)タニケット
カタログ№.：60－1000－101－00

シリアル№.：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

点検担当者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

点検実施日：　　年　　月　　日

合格の場合「判定」欄に✓を記入

	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	コンソール全体に破損、著しい変形や汚れはありませんか	
2	外観	フロントパネル、電源ボタン、送気／脱気ボタンの破損・変形・汚れはありませんか	
3	外観	電源コード差込部に破損や変形、緩みはありませんか	
4	外観	カフ接続ホースやカフに付いている黒色オーリングに劣化・破損はありませんか（上写真）	
5	外観	カフマジックテープ部に綿ホコリ付着、劣化ありませんか	
********** 電源コードを接続する **********			
6	表示	電源コードを接続するとACランプが緑色に点灯しますか	
7	表示	電源を投入すると、セルフテストが正常に終了しディスプレイにゼロが表示されますか（上写真）	
8	機能	圧力アイコンをタッチし圧力調整ができますか	
9	機能	時間アイコンをタッチし時間調整ができますか	
10	機能	本体にホース、カフを接続し送気させたときスムーズに送気及び脱気できますか	
11	表示	加圧中にホースを抜くと、「CUFF LEAK」と表示されアラームが鳴動しアラームランプが点灯しますか	
12	機能	本器のメニューにあるエアー漏れ検出機能を使って本体やカフのエアー漏れ試験を行います	
********** 電源コードを外し、10時間以上充電したバッテリーで立ち上げます**********			
13	作動	350mmHgで1時間の加圧後、バッテリーインジケーターの残量表示は緑色ですか	

備考

※バッテリー充電のため、保管時にも常に電源コードをコンセントにつなぐことをお薦めします

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.
お問合せ先：ジンマー バイオメット合同会社　メンテナンスセンター
〒254-0076　神奈川県平塚市新町6番15号
TEL：0463-30-4805、FAX：0463-30-4825