点検・保守管理チェックシート

機器名称：ユニバーサルコード
カタログNo.：MC－5057－000－00

シリアルNo.：

点検担当者：

点検実施日：　　年　　月　　日

	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	ケーブルの被覆に損傷はありませんか	
2	外観	コンソール側コネクター内のピンに、脱落や変形、汚れ、サビ、異物混入などはありませんか	
3	外観	ハンドピース側のロック部に破損、変形はありませんか	
4	機能	作動中にケーブルを曲げたり捻っても異常はありませんか	
5	機能	作動中に押しボタンスイッチを押した時の機能は正常ですか	

備考

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先：ジンマー バイオメット合同会社　メンテナンスセンター
〒254-0076　神奈川県平塚市新町6番15号
TEL：0463-30-4805、FAX：0463-30-4825