



平成18年12月5日

お得意様各位

ジンマー株式会社
メンテナンスセンター

バーシィパワーの修理終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、バッテリー式骨手術器械として1996年まで弊社にて販売しておりました、バーシィパワー・システムの修理終了についてお知らせ申し上げます。販売終了後も弊社メンテナンスセンターにおいて10年間に亘り修理対応に当たって参りましたが、製造元である米国 CONMED Linvatec 社にて修理部品の製造が終了となり、誠に遺憾ながら現状の部品在庫を限りに修理を継続することが不可能となりました。

お客様方には、ご迷惑をお掛け致しますことを心よりお詫び申し上げますとともに、何卒事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【修理終了対象製品】

00-5048-001-00 (バーシィパワー ドリル)
00-5048-002-00 (バーシィパワー オシレーター)
00-5048-003-00 (バーシィパワー リーマー)
00-5048-004-00 (バーシィパワー レシプロケーター)
00-5057-010-00 (バーシィパワー スターナムソー)

以上