



平成20年4月3日

お得意様各位

クラニオトーム修理終了のお知らせ

ジンマー株式会社
メンテナンスセンター

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、スリーエムヘルスケア株式会社からのパワーインスツルメント事業移管を受け、2000年5月より弊社にて修理対応させて頂いております、クラニオトーム エアーインスツルメント システムの修理終了についてお知らせ致します。販売中止後も、弊社メンテナンスセンターにおいて6年間に渡り修理対応に当たってまいりましたが、製造元である米国 CONMED Linvatec 社からの修理部品入手が困難となり、残念ながら、修理を継続することが不可能となりました。

お客様方には、ご迷惑をお掛け致しますことを心よりお詫び申し上げますとともに、何卒、事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【修理終了対象製品】

L3-C100-000-00 (クラニオトーム ハンドピース)	L3-C293-000-00 (ニューロ ドライブ)
L3-C217-000-00 (スカルパフォーレーター カート)	L3-C201-000-00 (硬膜カート)
L3-C202-000-00 (回転式硬膜カート)	L3-C203-000-00 (胸骨カート)
L3-C221-000-00 (頭蓋形成用アタッチメント)	L3-C260-000-00 (ワイヤーパスカート)

【修理終了予定日】

2008年12月25日受付分まで

以上